

Stat Profile Prime Plus® Blood Gas, CO-Oximeter, Chemistry Controls Auto-Cartridge

Cartucho automático para controles de química, gases en sangre y cooxímetro Stat Profile Prime Plus®, Cartouche automatique de contrôles de gaz du sang/CO-oxymètre, chimie Stat Profile Prime Plus®, Stat Profile Prime Plus® Auto-Kassette für Blutgas-, CO-Oximeter- und Blchemiekontrollen, Stat Profile Prime Plus® Αυτόματο φασιγγιο εσπίδου ελέγχου χημείας αερίων αίματος, CO-Οξόμετρο, Cartuccia per controlli automatici chimici per gas ematici/CO-ossimetria Stat Profile Prime Plus®, Cartucho automático de controles de química, de CO-oxímetro e de gás no sangue Stat Profile Prime Plus®, Stat Profile Prime Plus® vérgáz/CO-oximéter, kémiai kontrollok automatikus patron, Stat Profile Prime Plus® מחנית ברתוכימיה אוטומטית לדם Co-Oximeter, Stat Profile Prime Plus® 血液ガス、CO オキシメーター、生化学検査用コントロール自動カートリッジ, Stat Profile Prime Plus® 혈액 가스, CO-산소 농도계, 화학 조절제 자동 카트리지, Stat Profile Prime Plus® 血气、一氧化炭-血氣儀、化学对照溶液自动试剂盒

LOT 24260065

CONTROL 1 2 3 4 5

2026-02-28

Expected Ranges, Rangos esperados, Plages attendues, Erwartungsbereiche, Αναμενόμενο εύρος, Intervalli previsti, Intervalos previstos, Várt tartományok, הצפויים והטווחים, 予測範囲, 예상 범위, 预期范围值											
		CONTROL 1		CONTROL 2		CONTROL 3		CONTROL 4		CONTROL 5	
		min	X - max	min	X - max	min	X - max	min	X - max	min	X - max
pH		7.209	7.239 - 7.269	7.414	7.444 - 7.474	7.601	7.631 - 7.661				
H+	nmol/L	62	58 - 54	39	36 - 34	25	23 - 22				
PCO ₂	mmHg	47.0	54.0 - 61.0	33.5	38.5 - 43.5	17.6	21.6 - 25.6				
PCO ₂	kPa	6.3	7.2 - 8.1	4.5	5.1 - 5.8	2.3	2.9 - 3.4				
PO ₂	mmHg	52.5	62.5 - 72.5	92.5	102.5 - 112.5	137.5	152.5 - 167.5				
PO ₂	kPa	7.0	8.3 - 9.6	12.3	13.6 - 15.0	18.3	20.3 - 22.3				
SO ₂	%	47	50 - 53	77	80 - 83	88	91 - 94				
Hct	%	56	59 - 62	37	40 - 43	22	25 - 28				
Na+	mmol/L							139.3	143.3 - 147.3	111.2	115.2 - 119.2
K+	mmol/L							3.73	3.98 - 4.23	5.89	6.19 - 6.49
Cl-	mmol/L							123.4	127.9 - 132.4	93.4	97.9 - 102.4
iCa	mmol/L							1.00	1.08 - 1.16	1.36	1.48 - 1.60
iCa	mg/dL							4.0	4.3 - 4.6	5.5	5.9 - 6.4
iMg	mmol/L							0.59	0.66 - 0.73	1.07	1.22 - 1.37
iMg	mg/dL							1.4	1.6 - 1.8	2.6	3.0 - 3.3
Glu	mg/dL							73	81 - 89	245	270 - 295
Glu	mmol/L							4.1	4.5 - 4.9	13.6	15.0 - 16.4
Lac	mmol/L							1.7	2.0 - 2.3	6.2	6.9 - 7.6
Lac	mg/dL							15.1	17.8 - 20.5	55.2	61.5 - 67.7
HbF*	%	79.0	87.0 - 95.0	42.5	57.5 - 72.5	19.5	24.5 - 29.5				
tHb	g/dL	19.0	20.8 - 22.6	13.0	14.5 - 16.0	5.9	6.9 - 7.9				
tHb	g/L	190	208 - 226	130	145 - 160	59	69 - 79				
tHb	mmol/L	11.8	12.9 - 14.0	8.1	9.0 - 9.9	3.7	4.3 - 4.9				
O ₂ Hb	%	19.4	21.9 - 24.4	45.2	49.2 - 53.2	75.8	80.8 - 85.8				
COHb	%	24.6	28.6 - 32.6	16.2	20.2 - 24.2	2.1	6.1 - 10.1				
MetHb	%	24.4	27.4 - 30.4	15.2	18.2 - 21.2	2.4	5.4 - 8.4				
HbH	%	18.0	22.0 - 26.0	8.4	12.4 - 16.4	3.6	7.6 - 11.6				
tBil*	mg/dL	17.8	21.8 - 25.8	9.5	11.5 - 13.5	5.7	6.1 - 6.5				
tBil*	μmol/L	304.4	372.8 - 441.2	162.5	196.7 - 230.9	97.5	104.3 - 111.2				
tBil*	mg/L	178.0	218.0 - 258.0	95.0	115.0 - 135.0	57.0	61.0 - 65.0				

EN

ES

FR

Product Description
 Aqueous quality control material for monitoring the performance of pH, PCO₂, PO₂, SO₂, hematoctrit (Hct), fetal hemoglobin (HbF)*, total hemoglobin (tHb), total bilirubin (tBil), iron hemoglobin (O₂Hb), carboxyhemoglobin (COHb), methemoglobin (MetHb), and deoxyhemoglobin (HbH) in Levels 1, 2 and 3 as well as Na⁺, K⁺, Cl⁻, iCa, Mg, Glucose, and Lactate in Level 4 and 5. For use with Stat Profile Prime Plus Analyzers ONLY.

Intended Use
 Intended for in vitro diagnostic use by healthcare professionals for monitoring the performance of the Stat Profile Prime Plus Analyzers.

Methodology
 Refer to Stat Profile Prime Plus Analyzer Instructions For Use Manual for Methodology and Principles.

Composition
 Controls Levels 1, 2 and 3 are buffered bicarbonate solutions containing dyes, salts and preservatives. Each level has a known pH and is equilibrated to a known O₂, CO₂, and N₂ value. Controls Level 4 and 5 are buffered solutions containing known concentrations of Na⁺, K⁺, Cl⁻, iCa, Mg, Glucose, Lactate and preservatives. Each pouch contains a minimum of 100 mL. Controls contain no constituents of human origin, however good laboratory practices should be followed during handling of these materials. (REF: NCCLS DOCUMENT M29-T2)

Warnings and Cautions:
 DO NOT FREEZE. Mix the cartridge by gently inverting for several seconds, DO NOT SHAKE CARTRIDGE. Refer to Stat Profile Prime Plus Analyzer Instructions for Use Manual for complete information.
 Intended for in vitro diagnostic use. Follow standard practices for handling laboratory reagents.

Storage
 Store at 2-8°C (37-46°F). DO NOT FREEZE.

Directions for use
 Ensure controls are at room temperature prior to installation. Mix Cartridge well by gently inverting for 1 minute. Verify that the Lot Number on the Expected Ranges Table corresponds to the Lot Number on the cartridge. Refer to Stat Profile Prime Plus Analyzer Instructions for Use Manual for complete directions.

Limitations
 PCO₂ values vary inversely with temperature (approximately 1%/°C). Therefore, it is critical to follow the temperature guidelines described in "Directions for Use." The Expected Range values are specific for instruments and controls manufactured by Nova Biomedical. Once installed, each Stat Profile Prime Plus Cartridge may be used for a maximum of 35 days from the initial installation date of the system at which time the system will indicate the cartridge is invalid. Each cartridge may be inserted and removed from the analyzer a maximum of 5 times.

Traceability of Standards
 Total Hemoglobin (tHb) and Methemoglobin (MetHb) are traceable by using Cyanmethemoglobin method. Carboxyhemoglobin (COHb) and Deoxyhemoglobin (HbH) are traceable using Spectrophotometry. Analytes are traced to NIST Standard Reference Materials.

Reference Intervals
 Concentrations are formulated at normal and abnormal expected values in patient blood. The expected clinical range of these values in patient blood is referenced in Tietz, NW ed. 1986 Textbook of Clinical Chemistry, W.B. Saunders Co. Users may wish to determine Mean Values and Expected Ranges in their own laboratory.¹

Expected Ranges
 The expected range for each parameter was determined at Nova Biomedical using replicate determinations on Nova analyzers. The expected range indicates the maximum deviations from the Mean Value that may be expected under differing laboratory conditions for instruments operating within specifications. Refer to Expected Ranges Table.

Product Description
 Material acuoso de control de calidad para supervisar el desempeño de pH, PCO₂, PO₂, SO₂, hematocrito (Hct), hemoglobina fetal (HbF)*, hemoglobina total (tHb), bilirubina total (tBil), oxihemoglobina (O₂Hb), carboxihemoglobina (COHb), metahemoglobina (MetHb) y desoxihemoglobina (HbH) en niveles 1, 2 y 3, además de Na⁺, K⁺, Cl⁻, iCa, Mg, glucosa y lactato en niveles 4 y 5. Para usar ÚNICAMENTE con los analizadores Stat Profile Prime Plus.

Use indicat
 Destinado al uso diagnóstico in vitro por parte de profesionales de la salud para supervisar el desempeño de los analizadores Stat Profile Prime Plus.

Metodología
 Para conocer la metodología y los principios de prueba, consulte el Manual de instrucciones de uso del analizador Stat Profile Prime Plus.

Composición
 Los controles de nivel 1, 2 y 3 son soluciones tamponadas de bicarbonato que contienen tintura, sales y conservantes. Cada nivel tiene un pH conocido y está equilibrado a un valor conocido de O₂, CO₂ y N₂. Los controles de niveles 4 y 5 son soluciones tamponadas que contienen concentraciones conocidas de Na⁺, K⁺, Cl⁻, iCa, Mg, glucosa y lactato. Cada envase contiene 100 mL como mínimo. Los controles no contienen ninguna sustancia de origen humano. Sin embargo, se deben cumplir las buenas prácticas de laboratorio al manipular estos materiales. (REF: NCCLS DOCUMENT M29-T2)

Advertencias y precauciones:
 NO CONGELAR. Mezcle el cartucho invirtiéndolo suavemente durante unos segundos. NO AGITAR EL CARTUCHO. Para conocer la información completa, consulte el Manual de instrucciones de uso del analizador Stat Profile Prime Plus.
 Indicado para uso diagnóstico in vitro. Siga las normas estándar para la manipulación de reactivos de laboratorio.

Almacenamiento
 Conservar a 2-8°C (37-46°F). NO CONGELAR.

Instrucciones de uso
 Asegure de que los controles estén a temperatura ambiente antes de usar. Mezcle bien el cartucho invirtiéndolo suavemente durante 1 minuto. Verifique que el número de lote que figura en la tabla de rangos esperados coincida con el número de lote impreso en el cartucho. Para conocer las instrucciones completas, consulte el Manual de instrucciones de uso del analizador Stat Profile Prime Plus.

Limitaciones
 Los valores de PCO₂ varían en proporción inversa a la temperatura (aproximadamente 1 %/°C). Por lo tanto, es esencial seguir las normas de temperatura que se describen en la sección "Instrucciones de uso." Los valores de rangos esperados son específicos para los instrumentos y controles fabricados por Nova Biomedical. Una vez instalado, cada cartucho Stat Profile Prime Plus se puede utilizar por un máximo de 35 días a partir de la fecha de instalación en el sistema. Pasado ese lapso, el sistema indicará que el cartucho no es válido. Cada cartucho puede ser insertado y extraído del analizador hasta 8 veces como máximo.

Cumplimiento de normas
 La hemoglobina total (tHb) y la metahemoglobina (MetHb) son trazables al método de la Cianmetahemoglobina. La carboxihemoglobina (COHb) y la desoxihemoglobina (HbH) son trazables a la técnica espectrofotométrica. Análitos trazables a los materiales de referencia estándar del NIST.

Intervalos de referencia
 Las concentraciones están formuladas como valores esperados normales y anómalos en la sangre del paciente. Se puede consultar el rango clínico esperado de estos valores en la sangre del paciente en Tietz, NW ed. 1986 Textbook of Clinical Chemistry, W.B. Saunders Co. Es posible que los usuarios deseen determinar valores medios y rangos esperados en su propio laboratorio.¹

Rangos esperados
 El rango esperado para cada parámetro ha sido determinado en Nova Biomedical usando determinaciones replicadas en analizadores Nova. El rango esperado indica las desviaciones máximas del valor medio que pueden esperarse bajo condiciones de laboratorio diferentes para instrumentos que funcionan dentro de las especificaciones. Consulte la Tabla de rangos esperados.

Description du produit
 Matière de contrôle de la qualité aqueuse pour surveiller la performance des éléments suivants: pH, PCO₂, PO₂, SO₂, hématocrite (Hct), hémoglobine totale (tHb), hémoglobine totale (tBil), oxihémoglobine (O₂Hb), carboxyhémoglobine (COHb), méthémoglobine (MetHb) et désoxyhémoglobine (HbH) dans les niveaux 1, 2 et 3 ainsi que Na⁺, K⁺, Cl⁻, iCa, Mg, glucose et lactate dans les niveaux 4 et 5. Pour utilisation avec les analyseurs Stat Profile Prime Plus UNIQUEMENT.

Utilisation prévue
 Destiné à être utilisé par les professionnels de la santé pour le diagnostic in vitro afin de surveiller la performance des analyseurs Stat Profile Prime Plus.

Méthodologie
 Voir le manuel d'utilisation de l'analyseur Stat Profile Prime Plus pour la méthodologie et les principes.

Composition
 Les contrôles de niveaux 1, 2 et 3 sont des solutions tamponnées de bicarbonate contenant un colorant, des sels et des agents conservateurs. Chaque niveau a un pH connu et est équilibré à une valeur connue de O₂, CO₂ et N₂. Les contrôles de niveaux 4 et 5 sont des solutions tamponnées contenant des concentrations connues de Na⁺, K⁺, Cl⁻, iCa, Mg, glucose, lactate, et d'agents conservateurs. Chaque sachet contient au moins 100 mL. Les contrôles ne contiennent aucun constituant d'origine humaine, cependant, de bonnes pratiques de laboratoire doivent être appliquées pour la manipulation de ces matériaux. (REF: NCCLS DOCUMENT M29-T2)

Avvertissements et mises en garde
 NE PAS CONGELER. Mélanger le cartouche en le retournant délicatement pendant plusieurs secondes. NE PAS SECOUER LA CARTOUCHE. Voir le manuel d'utilisation de l'analyseur Stat Profile Prime Plus pour obtenir des informations complètes.
 Pour usage diagnostique in vitro. Suivre les pratiques standard pour la manipulation des réactifs de laboratoire.

Stockage
 Stocker entre 2 et 8 °C. NE PAS CONGELER.

Modes d'emploi
 S'assurer que les contrôles sont à température ambiante avant utilisation. Mélanger le cartouche en le retournant délicatement pendant 1 minute. Vérifier que le numéro de lot sur le tableau des plages attendues correspond au numéro de lot sur le cartouche. Voir le manuel d'utilisation de l'analyseur Stat Profile Prime Plus pour obtenir des instructions complètes.

Limites d'utilisation
 Les valeurs de PCO₂ varient inversement avec la température (environ 1 %/°C). Par conséquent, il est essentiel de suivre les directives de température décrites dans la section "Modes d'emploi." Les valeurs de plage attendues sont spécifiques aux instruments et contrôles fabriqués par Nova Biomedical. Une fois installé, chaque cartouche Stat Profile Prime Plus peut être utilisée pendant un maximum de 35 jours à partir de la date d'installation initiale sur le système, après 35 jours le système indiquera que le cartouche n'est pas valide. Chaque cartouche peut être insérée et retirée de l'analyseur 8 fois au maximum.

Tracabilité des étalons
 L'hémoglobine totale (tHb) et la méthémoglobine (MetHb) sont tracables en utilisant la méthode de cyanméthémoglobine. La carboxyhémoglobine (COHb) et l'oxyhémoglobine (O₂Hb) sont tracables en utilisant la spectrophotométrie. Les substances à analyser sont tracées selon les matériaux de référence étalons du NIST.

Intervalles de référence
 Les concentrations sont formulées à des valeurs normales et anormales attendues dans le sang du patient. La plage clinique attendue de ces valeurs dans le sang du patient est indiquée dans Tietz, NW ed. 1986 Textbook of Clinical Chemistry, W.B. Saunders Co. Les utilisateurs peuvent souhaiter déterminer les valeurs moyennes et les plages attendues dans leur propre laboratoire.¹

Plages attendues
 La plage attendue pour chaque paramètre a été déterminée à Nova Biomedical en utilisant des essais répétés sur des analyseurs Nova. La plage attendue indique les écarts maximaux de la valeur moyenne pouvant être attendus dans des conditions de laboratoire différentes pour les instruments fonctionnant selon les spécifications. Voir le tableau Plages attendues.

*Not available in the USA or for Point-of-Care/Non-Patient Testing Laboratory.
 NCCLS Document M29-T2
 How to Define and Determine Reference Intervals in the Clinical Laboratory; approved guideline-second edition, NCCLS C28-A2, Volume 20, Number 13

*No disponible en EE. UU. o para uso en pruebas en punto de atención del paciente.
 NCCLS Document M29-T2
 How to Define and Determine Reference Intervals in the Clinical Laboratory; approved guideline-second edition, NCCLS C28-A2, Volume 20, Number 13

*Non disponible aux États-Unis ni pour les points d'intervention/analyses décentralisés.
 NCCLS Document M29-T2
 How to Define and Determine Reference Intervals in the Clinical Laboratory; approved guideline-second edition, NCCLS C28-A2, Volume 20, Number 13

